

Certificados

De la Báscula Pesamaletas

(La Unica báscula patentada para la función del pesaje de maletas)



Ingeniería y Servicios Aipro S.L

*Registro de Control Metrologic:
02-M-0321-R*

*Fábricante:
Manuel Chacón Gallarin*

Contenido

1. Contenido y Datos Empresa
2. Certificado de Calibración Cliente Proveedor
3. Características Técnicas del Instrumento
4. Ensayo de Carga y Repetibilidad
5. Reparaciones y revision de los Instrumentos de Pesaje de funcionamiento no automáticos.
6. Patentes de utilidad y Modelo
7. Seguros de Responsabilidad Civil de la báscula.

Ingeniería y Servicios Aipro S.L

C/ Jaume I, 24 , 08105, Sant Fost de Campsentelles, Barcelona

Telf. 93 544 57 72

Móvil. 607 16 23 06

e-mail: manuel@aipro.es

www.aipro.es

Registro de Control Metrològic

02-M-0321-R

CIF. B-65003527

Reg. Mercantil de Barcelona: Tomo 409388, Folio 0010, Hoja B-373400 Inscripción 1ª

Datos Cliente:

Hotel Convención

Calle de O'Donnell Nº 53, Código 28009, Madrid

Telf. 91 221 40 60

Fax. 91 574 56 01

Certificado de Calibración.

Número de Serie:

201011 G

Instrumento:	Báscula Pesa Maletas
Fabricante:	Proman (Manuel Chacón)
Modelo:	Basic 1
Peticionario:	Hotel Convención Calle de O´Donnell Nº 53 28009 Madrid España
Fecha de Calibración:	21 Octubre 2011

Signatario autorizado.



Departamento Técnico

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSTRUMENTO

CLASE DE PRECISIÓN	(III)		
PESO MÁXIMO.	150. Kg	PESO MÍNIMO.	50 Gr.
Tipo de Báscula	Electrónica		
Dispositivo Trasmisor	Célula	Nº de células	1
Marca.	Proman	Modelo	Basic. 1

Registro de Control Metrològic 02-M-0321-R

Dispositivo Indicador.	Electrónico
Carga Nominal.	150 Kg.
Marca.	Proman
Modelo.	Basic 1
Número de Serie.	201011 G

ENSAYO DE CARGA Y REPETIBILIDAD

	Temperatura °C	Humedad Relativa %	Hora
Principio.	24 °C	65 %	18:30
Final.	24 ° C	65 %	19:20

Carga Patrón	1ª Carga	2ª Carga	3ª Carga	Peso Medio	Incert. U
(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)
20	20,00	20,00	20,00	20,00	0,5
40	40,00	40,00	40,00	40,00	0,5
80	80,00	79,95	79,95	80,00	0,5
120	120,00	120,00	120,00	120,00	0,5
150	150,00	150,00	150,00	150,00	0,5

Reparación y revisión de Instrumento de Pesaje de funcionamiento no automático

Número de actuación:	201011 G	Fecha:	21 Octubre 2011
Datos del instrumento:	Pesamaletas Basic 1	Fabricante:	Manuel Chacón
Marca:	Proman Basic 1	Nº de Serie:	201011 G
Ubicación del Instrumento:	Hall	Población:	Madrid
Nº de Patente BOE:	U 200900304	R. Control:	02-M-0321
Reparación o ajuste:		Modificación:	
Descripción de la Intervención:			
Colocación Bascula pesamaletas en el Hall del hotel primera instalación días 21 de Octubre 2011			
Fecha de Revisión:	21-10-2011		